

Hjärtstartare i Sverige

Svenska HLR-rådets rekommendationer

I Sverige drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Endast 1 av 10 överlever. Vid ett plötsligt hjärtstopp drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos som medför att pumpförmågan upphör och att blodtillförseln till kroppen därmed avstannar. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar, förlorar snabbt medvetandet och slutar att andas. Tiden till behandling med hjärtstartare i form av strömstöt (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad och överlevnadschanserna minskar med 10 % för varje minut utan behandling. Konventionella resurser som ambulans anländer i medeltal efter 11 minuter och oftast alltför sent för att kunna rädda den drabbade till livet. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Nya data visar att i de fall en hjärtstartare används inom de första minuterna från inträffat hjärtstopp kan hela 50-70 % överleva. Svenska rådet för hjärt-lungräddning uppmanar därför till spridning av hjärtstartare i samhället och ökad användning.

Detta dokument innehåller HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare, placering av hjärtstartare i samhället, utbildningsnivå samt riktlinjer för hjärtsäker plats.



HLR  rådet

Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Jacob Hollenberg, för arbetsgruppen för defibrillering utanför sjukvården april 2014

1. INKÖP AV HJÄRTSTARTARE

HLR-rådet har som mål att sprida kunskap om HLR och öka överlevnaden vid hjärtstopp. Att sprida hjärtstartare i samballet är av största betydelse. Nedanstående råd är HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare. Läkemedelsverket har varit remissinstans. Mer information finns på www.hlr.nu och <http://www.hjartstartarregistret.se>

- Hjärtstartaren ska följa Svenska HLR-rådets riktlinjer.
- Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska.
- Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, ska vara CE-märkta.
- Hjärtstartaren ska ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna ska visa tydliga instruktioner för applicering.
- Hjärtstartaren ska uppmärksamma användaren på eventuella fel. Detta innebär i regel att den bör kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel. Skulle hjärtstartaren inte fungera bör man vända sig till leverantören/tillverkaren (alternativt Läkemedelsverket).
- I vilken miljö ska hjärtstartaren förvaras och användas – ex. kontor, sportanläggning eller kanske utomhus? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barnhjärtan? Modellerna skiljer sig åt.
- Priset kan vara avgörande, men se även på driftsekonomi. Jämför inte bara inköpspris utan se även på vad nya batterier och elektroder kostar.
- Ta reda på hur ni kan beställa nya batterier och elektroder (efter att ni använt hjärtstartaren eller att livslängd på batteri/elektroder har gått ut).
- Vilken garantitid gäller? Vilken support och service erbjuds av leverantören över längre tid? Hjärtstartaren bör kunna uppdatera mjukvaran om riktlinjer för behandling ändras.
- Vid köp av hjärtstartare rekommenderas utbildning. Det är viktigt att regelbundet öva hjärt-lungräddning och känna till apparaten som man förväntas använda i en hjärtstoppssituation.
- Hjärtstartaren bör vara tydligt utmärkt enligt HLR-rådets rekommendationer (<http://hlr.nu/artikel/skylt-hjartstartare>).
- Hjärtstartaren bör placeras så tillgänglig och synlig som möjligt.
- Kostnadsfri registrering av hjärtstartaren bör ske på www.hjartstartarregistret.se i samband med inköp.

Investeringen ni gjort är livsviktig. Meddela därför grannar, anställda, kunder, besökare etc. att ni har en hjärtstartare. På det sättet ökar sannolikheten att den används i händelse av ett hjärtstopp.

CHECKLISTA INFÖR INKÖP AV HJÄRTSTARTARE:

- ✓ Följer apparaten HLR-rådets svenska riktlinjer?
- ✓ Röstinstruktioner och bruksanvisning på svenska?
- ✓ CE-märkning?
- ✓ Enkelhet? Driftsäkerhet?
- ✓ Användningsområde? Behov av barnelektroder?
- ✓ Totalpris (inköpspris/drifstkostnad elektrod/batteri)?
- ✓ Garanti? Införskaffande av nya elektroder? Uppgradering till nya riktlinjer?
- ✓ HLR-utbildning i samband med inköp?
- ✓ Utmärkning av hjärtstartare? Placering och synlighet?
- ✓ Registrering på www.hjartstartarregistret.se ?

2. PLACERING AV HJÄRTSTARTARE I SAMHÄLLET

Svenska HLR-rådet uppmanar till spridning av hjärtstartare i samhället. För specifika råd inför inköp av hjärtstartare se ovan. Avseende placering av hjärtstartare i samhället rekommenderas följande:

- **Att hjärtstartare placeras på alla platser där det kan förväntas ske ett hjärtstopp per 5 år.**
Exempel på detta är större arbetsplatser, buss-, färje- och tågstationer, flygplatser, gym, simhallar, idrottshallar, kongresscentra, hotell, öppenvårdsinrättningar, större affärer/köpcentra m.m.
- **Att hjärtstartare finns tillgängliga vid större publika evenemang och folksamlingar.**
Exempel på dessa är större idrottsevenemang, demonstrationer och konserter.
- **Att hjärtstartare är tydligt utmärkta med standardiserad skylt i enligt med internationell standard.**
För detaljer var god se <http://hlr.nu/artikel/skylt-hjartstartare>.
- **Att hjärtstartare placeras på ett sätt med största möjliga tillgänglighet och synlighet.**
Placera hjärtstartaren så att den är åtkomlig under så stor del av dygnet som möjligt. Placera om möjligt hjärtstartaren i skåp utomhus för att den ska kunna nås av allmänheten vid händelse av hjärtstopp i närheten.
- **Att hjärtstartare registreras i Sveriges Hjärtstartarregistret**
Genom registrering på www.hjartstartarregistret.se synliggörs hjärtstartarna för allmänheten och larmcentralerna vilket påtagligt ökar chansen för användning i händelse av hjärtstopp.

3. UTBILDNINGSNIVÅ

Svenska HLR-rådet rekommenderar att samtliga svenskar från och med 15 års ålder genomgår utbildning i HLR.

- Utbildningen **”Vuxen-HLR med hjärtstartare”** är den grundläggande HLR-utbildningen och grunden för alla utbildningsprogram i HLR. Denna utbildning riktar sig till den breda allmänheten.
- Några utvalda grupper i samhället rekommenderas gå kursen **”D-HLR”** som är en mer utförlig utbildning där teamträning och handhavande av hjärtstartare prioriteras:
 - de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, idrottsledare, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.
 - de personer med särskilt ansvar för hjärtstartare på arbetsplatser eller publika anläggningar.

4. HJÄRTSÄKER PLATS

Svenska HLR-rådet har satt som övergripande mål att defibrillering av hjärtstopp utanför sjukhus ska ske inom 5 minuter. För så kallade hjärtsäkrade platser är kraven högre. För att kvalificeras som hjärtsäker plats krävs följande:

- Att det finns beredskap och handlingsplan för att kunna hantera ett hjärtstopp (larm till 112, start av HLR och inhämtande samt behandling med hjärtstartare).
- Att det finns aktuell kompetens i HLR (repetitionsutbildning årligen) som kan påbörjas omgående.
- Att all personal vet var hjärtstartaren finns.
- Att rutiner finns för underhåll av hjärtstartare.
- Att behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter.
- Att hjärtstartaren är registrerad i Sveriges hjärtstartarregister (<http://www.hjartstartarregistret.se>).
- Att hjärtstartaren är tydligt utmärkt i enligt HLR-rådets rekommendationer (<http://hlr.nu/artikel/skylt-hjartstartare>).