

## UPPDATERAD REKOMMENDATION FRÅN HLR-RÅDET AVSEENDE DUBBEL-DEFIBRILLERING VID REFRAKTÄRT KAMMARFLIMMER

HLR-rådet föreslår baserat på ILCORS rekommendation att dubbel-defibrillering (svag rekommendation, låg säkerhet kring vetenskapen) eller ett byte av vektor (anterio-posterior placering) (svag rekommendation, väldigt låg säkerhet kring vetenskapen) kan övervägas för vuxna med hjärtstopp där ventrikelflimmer kvarstår efter 3 på varandra följande defibrilleringar.

Om dubbel-defibrillering används föreslår vi att samma teknik som i studien (se länk nedan) används, dvs att en person avsätts för att enbart göra detta (good practice statement). Läs gärna studien och titta på filmen för att se hur man genomför dubbel-defibrillering.

Observera att vissa defibrillatorer saknar skydd mot en stöt från en annan defibrillator och därför inte är säkra att använda. Vårdgivare som överväger att rutinmässigt införa eller utföra dubbel-defibrillering, måste förvissa sig om att de defibrillatorer som används har skydd för en samtidig eller sekventiell defibrillering från en andra defibrillator. Det finns annars en risk att defibrillatorer allvarligt skadas och blir obrukbara, vilket riskerar att äventyra patientsäkerheten.

Länk till ILCORs rekommendation:

<https://costr.ilcor.org/document/double-sequential-defibrillation-strategy-for-cardiac-arrest-with-refractory-shockable-rhythm-als-tf-sr>

Länk till studien av Cheskes et al., (2022), inklusive en film som visar hur "dubbel-defibrillering" utfördes i studien:

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2207304>

Länk till information om den pågående svenska studien DoubleD-Trial:

<https://doubled-trial.org/>